



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

Termo de Retificação do Anexo II ao Edital PR 06/2017/FMS

A Secretária de Saúde no uso de suas atribuições comunica aos interessados a retificação dos itens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45 e 87 do Anexo II do edital do PR 06/2017/FMS, cujo objetivo é alteração da descrição dos referidos objetos.

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N°12/2017
EDITAL DE PREÇO 06/FMS/2017
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES

Onde lia-se

ITEM	DESCRIÇÃO
21	Atadura de crepom 13 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 10 unidades.Registro na ANVISA- AFE fabricante.
22	Atadura de crepom 13 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 10 unidades.
23	Atadura de crepom 13 fios 10x1,80 - com no mínimo 100% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro MS. Pcte com 10 unidades
24	Atadura de crepom 13 fios 12x1,80 - com no mínimo 100% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro MS. Pcte com 10 unidades.
25	Atadura de crepom 13 fios 15x1,80 - com no mínimo 100% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro MS. Pcte com 10 unidades
26	Atadura de crepom 13 fios 20x1,80 - com no mínimo 100% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro MS. Pcte com 10 unidades
45	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, estéril pacote com 10 unidades, conforme normas da ABNT 13843, isenta de amido, apresentar amostra, registro no ministério da saúde.
87	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cm x 91 m, com 13 fios por cm ² , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, massa por unidade "peso mínimo" 1.9kg isento de embalagem, com trama fechada, textura uniforme,



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

	adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, conforme normas ABNT nbr 14.108. apresentar amostra, registro no ministério da saúde.
--	---

Leia-se

ITEM	DESCRIÇÃO
21	Atadura de crepom 13 fios 06x1,80- com no mínimo 92% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 12 unidades. O produto deverá atender integralmente as especificações da NBR14,055 e 14.056.
22	Atadura de crepom 13 fios 08x1,80- com no mínimo 92% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 12 unidades. O produto deverá atender integralmente as especificações da NBR14,055 e 14.056.
23	Atadura de crepon 13 fios 10x1,80- com no mínimo 92% algodão acrescidos de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidades adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 12 unidades. O produto deverá atender integralmente as especificações da NBR14,055 e 14.056.
24	Atadura de crepom 13 fios 12x1,80- com no mínimo 92% algodão acrescidos de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 12 unidades. O produto deverá atender integralmente as especificações da NBR14,055 e 14.056.
25	Atadura de crepom 13 fios 15x1,80- com no mínimo 92% algodão acrescidos de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 12 unidades. O produto deverá atender integralmente as especificações da NBR14,055 e 14.056.
26	Atadura de crepom 13 fios 20x1,80- com no mínimo 92% algodão acrescido de poliéster e elastano, cor natural, bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, apresentar amostra e registro ms. Pcte com 12 unidades. O produto deverá atender integralmente as especificações da NBR14,055 e 14.056.



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

45	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, estéril pacote com 10 unidades, conforme normas da ABNT 13843, isenta de amido.
87	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cm x 91 m, com 13 fios por cm ² , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, massa por unidade "peso mínimo" 1.9kg isento de embalagem, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, conforme normas ABNT nbr 14.108.

Inclue-se:

1.1 As amostras solicitadas nos itens deverão ser entregues no prazo máximo de 3 dias úteis, após a declaração dos respectivos vencedores, sob pena de desclassificação.

Obs: O descritivo constante do ANEXO II vincula-se apenas as caracterizações e qualificações e descrições técnicas dos produtos. Os itens que solicitam o Registro da ANVISA, estão contidos no item 8.1.8. Qualificação Técnica, cláusula do Edital do Pregão nº 06/2017 FMS.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados, mantendo-se a data de abertura do certame para o dia 12 de julho de 2017 às 9hs.

Jane Sobreira Mota
Secretária Municipal de Saúde