



MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO – ESTADO DE SANTA CATARINA

Capivari de Baixo, 05 de Setembro de 2017.

RESPOSTA À ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

Em cumprimento ao ofício 036/2017, relativo a avaliação dos materiais médicos hospitalares, solicitado e assinado por esta comissão de avaliação, encaminhamos.

As empresas TRADE MEDICAL , SEBOLD COMERCIAL, PRODUVALE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, apresentaram as amostras conforme última ata de convocação, no dia 05 de setembro do decorrente mês, enviado e informado pelo setor de licitação.

Conforme avaliação da comissão fica registrado as seguintes considerações:

A empresa **TRADE MEDICAL** com a amostra do ITEM I –

FOI APROVADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

A empresa SEBOLD COMERCIAL com a amostra do ITEM 13 –

NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL QUANTO A TAMANHO MÍNIMO DE 24CM.

A empresa OLIMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com amostra do item 44 –
DESISTIU DA PARTICIPAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

A empresa PRODUVALE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES com os itens:

ITEM 65 – AMOSTRA NÃO ATENDE EXIGÊNCIAS DO EDITAL QUANTO A SER ISENTO DE LÁTEX.

ITEM 87 – AMOSTRA ATENDE NA ÍNTEGRA AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

ITEM 122 – AMOSTRA NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. NÃO APRESENTA CONECTOR ROTATIVO SLIP/LOCK NA MESMA PEÇA CONFORME EDITAL.

Atenciosamente

Cristina Souza da Silveira
Coordenadora de Enfermagem de ESF
Capivari de Baixo

Cleber G. Siqueira
Almoxnado
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 10393

Gisele da Silva
Técnica de Enfermagem
Coren/SC 764.140

COMISSÃO AVALIADORA