



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

RETIFICAÇÃO DO EDITAL
LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇO Nº. 05/2018/FMS

O Fundo Municipal de Saúde, através de sua Pregoeira, vem por meio desta, RETIFICAR O EDITAL de LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 05/2018/FMS

Passa a vigorar o seguinte descrito, na forma que segue:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

14. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

Item	Especificação do Material	Unid.	Qtidade Item	Preço Unit. Máximo(R\$)	Preço Total(R\$)
1	Seringa de insulina com agulha fixa 8 x 0,3. Tamanho 1ml/100u.i. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados no paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção: atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida de uma em uma unidade insulínica, corpo transparente — permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de	UN	150.000	0,91	136.500,00



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

	facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Residual zero. Apresentar amostra, ficha técnica e registro na ANVISA.				
2	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 25g/0,5mm, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração de 1,5mm. Caixa com 200 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, numero de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar amostra, ficha técnica e registro na ANVISA.	UN	25.000	0,52	13.000,00
3	Tira teste/fita reagente, para dosagem de glicemia em sangue total por qualquer enzima exceto GDH PPQ ou Multi GDH (Conforme alerta ANVISA 992), metodologia de aspiração capilar. Faixa de leitura entre 20 a 600 MG/DL. Deve permitir verificação de glicemia em crianças e adultos em sangue venoso ou arterial, para uso em glicosímetro fotométrico ou amperométrico. Resultado de	UN	250.000	1,32	330.000,00

Página 2 de 4

Capital Termelétrica da América do Sul

Avenida Ermani Cotrin, 187 – Centro – Fone: (48) 3621-4400 / Fax: (48) 3621-4434 – CEP 88.745-000 – Capivari de Baixo – Santa Catarina
www.capivaridebaixo.sc.gov.br



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

	exame em até 10 (dez) segundos, volume máximo de amostra de sangue de 1 microlitro. Capacidade de transferência dos dados para software de gerenciamento de dados glicêmicos. Caixa com 50 (cinquenta) unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato, um monitor/glicosímetro por paciente/ano, independente da aquisição de qualquer quantidade, observando a quantidade máxima de 400 monitores. Apresentar catálogo e registro na ANVISA				
4	Tira Reagente para dosagem de glicemia capilar em sangue total por qualquer enzima exceto GDH PPQ ou Multi GDH (conforme alerta ANVISA 992), dotada de eletrodos que minimizam a interferência de outras substâncias, volume de amostra de 0,5µl, colhida por aspiração, sem contato com o monitor, compatível com a . ISO 15.197 : 2. Tempo Resultado: 5 segundos Faixa Medição: 20 - 600 mg/dl Amostra: 0,5µl Codificação: NO CODE Hematócrito: 25% - 60% Memória: 360 resultados Temperatura de Uso: 4 - 45° Temperatura de Armazenagem: 0 - 60°. Caixa com 50 tiras cada. Em conjunto com tira reagente para dosagem de colesterol total em amostra de sangue total capilar, pelas enzimas Colesterol Esterase e Oxidase, dotada de eletrodos que minimizam a interferência de outras substâncias,	Kit	20	334,47	6.689,40



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

	volume de amostra de 08 µl, para uso domiciliar e hospitalar. Tempo Resultado: 26 segundos Faixa Medição: 100 - 400 mg/dl Amostra: 08 µl Codificação: Tira de codificação Hematócrito: 35% - 50% Memória: 50 resultados Temperatura de Uso: 4 - 45° Temperatura de Armazenagem: 0 - 60°. Caixa com 25 tiras. A Empresa que fornecer as tiras deve fornecer em regime de comodato 1 monitor portátil para cada 10 kits pedidos, com tecnologia biosensor amperométrico, para medição de glicose e de colesterol total em amostra de sangue total capilar no mesmo aparelho, dotado de botão de ejeção da tira teste, memória total para 410 resultados. Apresentar catálogo e registro na ANVISA.				
				TOTAL	486.189,40

As demais cláusulas permanecem como no edital.

Prorroga-se a data da abertura da presente licitação, que será realizada no dia 21 de agosto de 2018, às 09:00hs, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, situada à Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, Capivari de Baixo – SC.

GISELE VIANA FELIPE
Pregoeira