

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 17/2020 - PR**

**CNPJ:** 10.971.858/0001-57  
**RUA ERNANI COTRIN, 187**  
**C.E.P.:** 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

**Processo Administrativo:** 28/2020  
**Processo de Licitação:** 28/2020  
**Data do Processo:** 11/11/2020

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, MONITOR DE PRESSÃO NÃO INVASIVA E RESPIRADOR MECÂNICO, PARA LEITO DE ESTABILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PACIENTES GRAVES, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 35/2020 (Sequência: 1)**

Ao(s) 24 de Novembro de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 203/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 28/2020, Licitação nº 17/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Aberto os envelopes contendo as propostas de preços a Pregoeira junto a equipe de apoio constataram que as propostas apresentadas pela empresa atenderam o instrumento convocatório. Perguntado aos representantes da licitante se tinha alguma manifestação, o representante da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMAS LTDA questionou a ausência de conexão de recém nascidos para batimentos de ECG de 20 a 300 BPM, no formulário do fabricante da empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EIRELI, referente ao item 02 do edital. A empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EIRELI indicou no formulário apresentado as especificações referente ao questionamento demonstrando que o item atende nesse quesito, nas páginas 51, 67, 70, 85, 94 e 156 do manual. A empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMAS LTDA também questionou acerca da temperatura operacional alegando que o da concorrente apresentava operação de 21 a 50°C. A empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE demonstrou na página 175 do manual que a mesma atende as especificações do item. Tendo em vista o contexto dos questionamentos mencionados, decide-se pela classificação das referidas empresas, passando-se assim para a etapa de lances.

**Participante:** 6010 - METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPIT.LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Eletrocardiógrafo digital, com tela LCD com no mínimo 4 polegadas, touch screen, colorida, detecção automática de pulso de marca-passo. Memória interna para armazenamento de no mínimo 50 registros de ECG, transferência através de rede ethernet ou conexão USB, software em português. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 02 horas contínuas. Proteção contra desfibrilador e bisturi eletrônico, faixa de frequência cardíaca de 30 a 300BPM, exibição simultânea da forma de onda do ECG de 3/6/12 canais, impressora térmica acoplada de alta resolução, com diferentes opções de impressão, além da impressão o equipamento deve permitir a exportação do exame para envio em pdf do exame. Análise morfológica do traçado de ECG, análise por gênero, análise pediátrica integrada, análise do segmento QT. Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Visualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis. Identificação de detecção de derivação, de eletrodo solto, falta de papel e carga da bateria, reconhecimento e identificação de marcapasso. Módulo para espirometria incluso. Proteção contra interferências da rede elétrica, filtro de tremor muscular, permite inserção de dados do paciente, com opções de velocidade de impressão, ajuste automático da linha de base, acompanha 01 cabo paciente 10 vias, kit eletrodo membros e kit eletrodos precordiais, cabo de alimentação, bobina de papel térmico para impressão, manual e garantia.	UN	1,00	BIONET/CARL	0,0000	11.500,50	11.500,50

**Total do Participante ----->**

**11.500,50**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO**

CNPJ: 10.971.858/0001-57  
RUA ERNANI COTRIN, 187  
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 17/2020 - PR**

Processo Administrativo: 28/2020  
Processo de Licitação: 28/2020  
Data do Processo: 11/11/2020

Folha: 2/4

Participante: 8325 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Monitor de pressão não invasiva, tela de no mínimo 12 polegadas, display colorido, com tela touch screen, bateria interna recarregável, alça acoplada, conexão com central de monitorização via cabo ou wireless, para pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos. Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis. Com monitoramentos dos parâmetros: ECG: captação de todas as derivações, com frequência cardíaca com faixa mínima de leitura de 20 a 300 bpm, com proteção contra descarga do desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos, reconhecimento com identificação do eletrodo solto e reconhecimento e detecção de marcapasso. Filtro contra interferência elétrica ou tremor muscular sobre o traçado. Respiração: medida por métodos de impedância torácica, com detecção e alarme de apneia, faixa de leitura mínima de 1 a 120rpm, alarmes ajustáveis, com curva de respiração e frequência contínua. Oximetria SpO?: saturação de oxigênio com faixa de leitura mínima de 1 a 100%, sistema de alarmes indicativos reguláveis, sensor para desconexão, baixa perfusão, perda de pulso. Pressão invasiva - PI: medição da pressão diastólica e sistólica, modos de operação manual e automático, parâmetros ajustáveis, com proteção para pressão alta. Temperatura: monitorização com possibilidade de conexão de sensor esofágico/retal, faixa operacional mínima de 0 a 45°C, alarmes de máximo e mínimo ajustáveis. Pressão não invasiva: medição das pressões sistólica e diastólica, sistema de medição automático e manual, sistema de segurança, modo programável de intervalo de no mínimo 1 a 120 minutos. Faixa de medida de pressão arterial no mínimo de 15 a 260mmHg. Equipamento acompanha 01 cabo de ECG com 5 vias, 01 sensor de oximetria de pulso, 01 sensor de temperatura esofágico/retal, 01 cabo de força, 01 bateria interna recarregável, 01 manguito para pressão não invasiva, manual e garantia.	UN	1,00	CREATIVE/K1:	0,0000	14.900,00	14.900,00

Total do Participante ----->

14.900,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 17/2020 - PR**

**CNPJ:** 10.971.858/0001-57  
**RUA ERNANI COTRIN, 187**  
**C.E.P.:** 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

**Processo Administrativo:** 28/2020  
**Processo de Licitação:** 28/2020  
**Data do Processo:** 11/11/2020

Folha: 3/4

**Participante:** 8404 - Leistung Equipamentos Ltda

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica Touch Screen de no mínimo de 05, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e Neonatais; modalidades mínimas: Adulto/Pediátrico, VCV, PCV, PSV/CPAP, PRVC, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV, Pressão Bifásica (APRV + BIPAP), Fluxo Contínuo, CPAP Nasal. Visualização do nível de carga da bateria, barra gráfica de pressão, seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos. Parâmetros monitorados, Pressão de Pico, Pressão de Platô, Pressão Média, Pressão Base (PEEP, Pico de Fluxo Inspiratório e Expiratório, Volume Tidal Expiratório, Volume Minuto, FiO2, Frequência Respiratória, I:E, Tempo Inspiratório, Tempo Expiratório, Gráficos de Tendências, Histórico de Alarmes. Mecânica Ventilatórias: Resistência Inspiratória, Complacência Dinâmica e Estática. Parâmetros Programáveis FiO2 40% a 100%, Rise Time, Tempo Inspiratório, Frequência Respiratória, Volume Corrente (Tidal), Sensibilidade Expiratória, Pressão Controlada, Pressão Suporte, PEEP, Sensibilidade por Pressão/Fluxo, Tempo de Apnéia, Pausa Inspiratória, Suspiro. Auxiliar Oxigênio 100%, Disparo Inspiratório Manual, Congelar Gráficos. Alarme de Frequência Respiratória Máx, Volume Min. Expirado Máx e Min. Volume Tidal Expirado Máx e Min. Pressão Máxima e Mínima, Apnéia e PEEP. Bateria interna recarregável com duração mínima de 360 min. Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive aéreo com compensação de atitude; Equipamento com peso inferior a 6kg (sem acessórios). Acessórios: Circuito paciente esterilizável, válvula de exalação, cabo de alimentação, 01 base móvel com rodízios e freios; 01 braço articulado, e 01 conjunto de mangueiras. Deve possuir registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.	UN	1,00	Leistung	0,0000	30.000,00	30.000,00

**Total do Participante ----->** 30.000,00  
**Total Geral ----->** 56.400,50

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capivari de Baixo, 24 de Novembro de 2020

**COMISSÃO:**

GISELE VIANA FELIPE - ..... - Pregoeiro(a)  
 ALYNE MOTA BARBOSA PINTER - ..... - EQUIPE DE APOIO  
 NATALY GONÇALVES LUZ - ..... - EQUIPE DE APOIO  
 CAHINA JUSSARA MARTINS - ..... - EQUIPE DE APOIO  
 ADILSON DE SOUSA JUNIOR - ..... - EQUIPE DE APOIO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPIVARI DE BAIXO**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 17/2020 - PR**

CNPJ: 10.971.858/0001-57  
RUA ERNANI COTRIN, 187  
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC

Processo Administrativo: 28/2020  
Processo de Licitação: 28/2020  
Data do Processo: 11/11/2020

Folha: 4/4

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Diego Desiderio - ..... - Representante

Fabiano Torres - ..... - Representante