

ERRATA DO EDITAL
LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇO Nº. 04/2022/FMS

A Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, através de sua Pregoeira, vem por meio desta, RETIFICAR O EDITAL de LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2022/FMS

Passa a vigorar o seguinte descrito, na forma que segue:

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

13. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ:

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unidade	Qtidade.	Preço Unit	Valor Total
219	TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA POR METODOLOGIA DE ASPIRAÇÃO CAPILAR, FAIXA DE LEITURA ENTRE 20 A 600MG/DL PARA USO EM GLICOSÍMETRO AMPEROMÉTRICO. VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA EM NEONATOS, CRIANÇAS, ADULTOS INCLUSIVE GESTANTES. RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEG. VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA DE SANGUE DE 0,5 MICOLITRO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO A PARTIR DE NO MÍNIMO 5°C.	UN	450000	2,00	900.000,00

LEIA-SE:

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unidade	Qtidade.	Preço Unit	Valor Total
------	-----------------------	---------	----------	------------	-------------

219	<p>Tira teste reagente de glicemia, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 20 a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro amperométrico. Verificação de glicemia em neonatos, crianças, adultos inclusive gestantes. Resultado de exame em até 10 seg, volume máximo de amostra de sangue de 0,5 microlitro. Temperatura de atuação a partir de no mínimo 5°C. Caixa com 50 unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato, um monitor/glicosímetro por paciente/ano, independente da aquisição de qualquer quantidade, observando a quantidade máxima de 2000 monitores que funcionam através de bateria unica de lithium. Apresentar prospecto (tiras e glicosímetro), registro na ANVISA (tiras e glicosímetro) e Certificação exclusiva para este certame, emitida pelo detentor do registro na ANVISA, para enfermeiro(a) autorizado a fornecer o treinamento para a equipe técnica do município.</p>	UN	450000	2,71	900.000,00
-----	--	----	--------	------	------------

As demais cláusulas permanecem como no edital.

GISELE VIANA FELIPE
Pregoeira