



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.

1º AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2016/FMS - PROCESSO DE COMPRA N.º 08/2016/FMS

A Pregoeira Alyne Mota Barbossa Pinter, nomeado pelo Decreto nº 680/2015, torna público a todas as empresas interessadas em participar do Pregão, na forma Eletrônica nº 07/2016 – Processo n.º 0018/2016, destinado ao Registro de Preços para a **aquisição de equipamentos odontológicos e outros** destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo, nos exatos termos, especificações e condições constantes no anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA do presente edital, a **RETIFICAÇÃO** do item n.º **02**, e conseqüente **PRORROGAÇÃO** da data e hora da sessão de disputa para o dia **10/08/2016 às 09h30min**.

ONDE SE LÊ:

2	2	Unid.	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS E MEDICAMENTOS, CAPACIDADE MÍNIMA INTERNA 340 LITROS, GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS, GABINETE ITERNO TOTALMENTE EM AÇO GLAVANIZADO COM REVESTIMENTO EPOXI, MÍNIMO DE QUATRO PRATELEIRAS EM ARAMADO, VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MICROVENTILADOR PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, COM DESLIGAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, PORTA DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VENDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
---	---	-------	---	---------------	---------------

LEIA-SE:

2	2	Unid.	Câmara para conservação de imunobiológicos, termolábeis e medicamentos, capacidade mínima interna: 340 litros; Gabinete externo Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis; Gabinete interno totalmente em aço galvanizado com revestimento epóxi. Mínimo de quatro prateleiras em aramado; Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento quando da abertura da porta; Isolamento térmico em poliuretano injetado; porta De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético; Refrigeração - Através de compressor hermético, com circulação de ar forçado, gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado; Painel de comando e controle frontal e superior com display LCD de fácil acesso, com termostato eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos eventos que ocorrem, em refrigeração, aquecimento, temperatura do	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
---	---	-------	---	---------------	---------------



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

		<p>momento, máxima e mínima, temperatura externa e temperatura interna, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, quatro sensores tipo NTC, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para controle da temperatura e outro no ambiente externo, o quarto sensor como sistema de segurança, sistema de segurança, termostato analógico para redundância instalado em paralelo ao controlador eletrônico da conservadora, assumindo automaticamente o controle das funções e comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico, programado para manutenção da temperatura na faixa +2,5°C a +7,5°C, display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para: refrigeração, aquecimento, desvio de temperatura, temperatura externa, porta aberta, falta de energia elétrica comercial, sistema de emergência em atividade, indicação do nível das baterias do sistema de emergência. Alarmes: temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos ou programável, faixa de trabalho de 2°C e 8°C, travado ao usuário entre 3,5°C a 5,5°C, com ponto fixo em 4°C. Registrador de temperatura, registrador eletrônico das temperaturas mínima e máxima atingidas, acionadas através de um toque, sistema de emergência, integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia por 48 horas sem energia convencional mantendo funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora, com gaveta móvel e bateria selada. Chave geral de alimentação liga e desliga e fusíveis de segurança, tensão 110/220 Volts. Registro na ANVISA.</p>		
--	--	---	--	--

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Tratando-se de alterações que afetam a formulação das Propostas de Preço, sendo assim as datas para recebimento das propostas e da sessão de disputa fica remarcada para: **FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8H00min do dia 10/08/2016 e INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 10/08/2016** – Horário de Brasília. Os demais itens permanecem inalterados;

As modificações/retificações do Edital, bem como o 1º Edital Retificado na íntegra estão disponíveis no site oficial www.capivaridebaixo.sc.gov.br, ou, ainda, podendo ser solicitado pelo telefone (48) 3621-4452/53 ou através do Email: licitacao.pmc@capivaridebaixo.sc.gov.br.

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Licitação, no endereço Rua Ernani Cotrin, n.º 187, Centro.

PASSA A VIGORAR O EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2016/FMS – PROCESSO N.º 08/2016/FMS.

Capivari de Baixo/SC, 27 de julho de 2016.

Alyne Mota Barbossa Pinter
Pregoeira