



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

TERMO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017
OBJETO: **CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL COM MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICEMIA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO. A RELAÇÃO COM QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

A Secretária de Saúde de Capivari de Baixo/SC, no uso de suas atribuições legais, informa que foi procedida a RETIFICAÇÃO do Edital supra referido, conforme segue:

Onde lia-se:

| Seq. | Qtde. | Unid. | Descrição | Vlr. Máx Unit. | Vlr. Máx Total |
|--------------|--------|-------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 400000 | UN | TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUA TOTAL. A Tira deverá possuir película protetora em PVC, cuja finalidade é proteger a área reagente, dotada de 3 eletrodos visando assim minimizar a interferência dos resultados. Volume de amostra de sangue deve ser de 01 microlitro, com tempo de leitura inferior a 10 segundos, adicionada em embalagem contendo sílica gel, visando assim a eliminação de resíduos de umidade. O fornecedor das tiras deverá entregar em comodato a quantidade de 1500 monitores compatíveis com as tiras, baseado em plataforma amperométrica portátil, para uso hospitalar ou domiciliar, com faixas de medição de valores 10 a 600mg/dl, possuindo memória para 300 resultados data/hora, possuir serial para conectividade e transferência de dados, de fácil manuseio de codificação de tiras com chip, medidores estes calibrados. | 0,61 | 244.000,00 |
| Total | | | | | 244.000,00 |



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

Leia-se:

| Seq. | Qtde. | Unid. | Descrição | Vlr. Máx Unit. | Vlr. Máx Total |
|--------------|--------|-------|--|-------------------|----------------|
| 1 | 400000 | UN | <p>TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUA TOTAL.</p> <p>A Tira deverá possuir película protetora em PVC, cuja finalidade é proteger a área reagente, dotada de 3 eletrodos visando assim minimizar a interferência dos resultados. Volume de amostra de sangue deve ser de 01 microlitro, com tempo de leitura inferior a 10 segundos, adicionada em embalagem contendo sílica gel, visando assim a eliminação de resíduos de umidade. O fornecedor das tiras deverá entregar em comodato a quantidade de 1500 monitores compatíveis com as tiras, baseado em plataforma amperométrica ou fotométrica portátil, para uso hospitalar ou domiciliar, com faixas de medição de valores 10 a 600mg/dl, possuindo memória para 300 resultados data/hora, possuir serial para conectividade e transferência de dados, de fácil manuseio de codificação de tiras com chip, medidores estes calibrados.</p> | 0,61 | 244.000,00 |
| Total | | | | 244.000,00 | |

Capivari de Baixo, 12 de maio de 2017.

Jane Sobreira Mota
Secretária de Saúde Municipal